

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES
NR. LIR 193/28.12.2021

Catre

JUDETUL ARGES
CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Pitesti, Piata Vasile Milea, nr. 1
Fax 0248220137


Ca urmare a adresei dumneavoastra nr. 24760/21.12.2021, inregistrata la DSP Arges cu nr. 42365/21.12.2021, referitoare la modificariile in documentatia proiectului „Extindere si dotare spatii urgente si amenajare incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti”, respectiv LABORATOR DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA pentru care s-a obtinut AVIZUL SANITAR nr. 2/8.09.2021, va comunicam ca intrucat nu se modifica structura functionala si a compozitie peretilor se mentine valabilitatea acestui aviz sanitar.

Se vor efectua ecranarilor suplimentare impuse de noul breviar de calcul al ecranelor de radioprotectie, impuse de marirea spatului si modificarea amplasarii instalatiei radiologice cu un post grafie digitala, tip CARESTREAM DRX ASCEND.

Cu stima


Director executiv

Dr. Hontaru Octavia Sorina



Sef LIR

Dr. Badea Ileana



MINISTERUL SANATATII

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES

PITESTI, STR.EXERCITIULUI, NR. 39 BIS; TEL: 0248-224015; fax: 0248-216484

LABORATORUL DE IGIENA RADIATIILOR IONIZANTE

PITESTI, STR.EXERCITIULUI, NR. 39 BIS; TEL: 0248-224015; int. 177

In baza: Legii nr.95/2006 (r) privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile ulterioare;
a Legii nr.111/1996 (r) privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, cu modificarile ulterioare;
a Ord MS nr. 1078/ 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
a Ord. M.S.nr. 431/2004 privind organizarea si functionarea laboratoarelor si compartimentelor de igiena radiatiilor ionizante aflate in reseaua Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare ;
a Ord. MS nr.381/2004- Norme sanitare de baza pentru desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, cu modificarile ulterioare si
in urma analizei documentatiei nr. 15867/ 30 .08.2021, depusa la D.S.P. ARGES de catre JUDETUL ARGES , inregistrata la Biroul pentru avize si autorizatii cu nr. 26596 / 30 .08.2021 , constatand ca sunt indeplinite prevederile legale, conform referatului de evaluare al Laboratorului de Igiena Radiatiilor Ionizante Arges nr. 345 / 9.09.2021, intocmit de **Dr. BADEA ILEANA se elibereaza**

AVIZ SANITAR NR. 2 / 09.09.2021

JUDETUL ARGES

Sediul social: Municipiul Pitesti, Piata Vasile Milea, Nr. 1, Judetul Arges

**OBIECTIVUL AVIZAT: Spitalul de Urgenta Pitesti-Unitatea de primiri urgente
LABORATOR DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA**

Instalatii radiologice fixe tip :

- 1.Computer tomograf multislices, tip REVOLUTION EVO, producatori: GE HEALTHCARE JAPAMN Cor-Japonia, GE HANGWEI MEDICAL Systems Ltd. Co. -China, GE MEDICAL Systems- SUA
- 2.Instalatie radiologica cu un post grafie digitala, tip CARESTREAM DRX- ASCED, producator CARESTREAM HEALTHCARE- Franta

Adresa: Municipiul Pitesti, Aleea Spitalului, nr. 36, judetul Arges

ACTIVITATI NUCLEARE AVIZATE: AMPLASARE -CONSTRUCTIE

Avizul este emis in baza documentatiei prezentate si inregistrate la Biroul pentru Avize si Autorizatii Sanitare din D.S.P.; prevederile din anexa fac parte integranta din aviz.

Orice modificare fata de documentatia pe baza careia s-a emis avizul atrage automat anularea acestuia, daca nu a fost anuntata si aprobata in prealabil de emitent.

**PREZENTUL AVIZ INTRA IN VIGOARE LA DATA DE: 9.09.2021
VALABIL PANA IN DATA DE : 8.09.2026**

**DIRECTOR EXECUTIV
DR HONTARU SORINA**



**SEF LABORATOR
IGIENA RADIATIILOR
DR BADEA ILEANA**

ANEXA LA AVIZUL SANITAR NR. 2/09.09.2021

**Judetul Arges pentru Spitalul de Urgenta Pitesti-Unitatea de primiri urgente
LABORATOR DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA**

CLAUZE:

1. Conditii a caror neindeplinire conduc la anularea automata a avizului sanitar de amplasare :

- modificarea documentatiei pe baza careia s-a emis avizul sanitar,
- retragerea autorizatiei de amplasare eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

2. Pe parcursul derularii lucrarilor de AMPLASARE-CONSTRUCTIE se vor respecta specificatiile tehnice care sa asigure functionare ulterioare a instalatiei in parametrii optimi.

3. Respectarea legislatiei sanitare si a activitatilor nucleare in vigoare.